



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Órgão: Prefeitura Municipal de Tocos do Moji - MG

Requisitante: Departamento de Saúde

Responsável pela Demanda: Joselita de Moraes Souza

Matrícula: 2394

Contato/Email para esclarecimentos: (35) 3025-9208 ou (35) 99940-4300.

saúde@tocosdomoji.mg.gov.br ou deptosaudetmlicitação@gmail.com.

1 – OBJETO

1.1 Aquisição de equipamentos e instrumentais odontológicos para as atividades odontológicas das Unidades de atendimento do Departamento Municipal de Saúde de Tocos do Moji-MG, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2 Os itens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, uma vez que os padrões de desempenho, quantidade e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado.

2 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição dos equipamentos e instrumentais odontológicos destina-se à Unidade Básica de Saúde (UBS) existente e à implantação de consultórios odontológicos para a Estratégia Saúde da Família (ESF), visando ampliar a cobertura e a capacidade de atendimento em saúde bucal.

Os itens solicitados são de uso rotineiro e indispensáveis para a execução de procedimentos preventivos, restauradores, cirúrgicos e de urgência, assegurando a qualidade do atendimento odontológico prestado à população.

Justifica-se, portanto, a necessidade da aquisição dos equipamentos odontológicos conforme especificações constantes no termo de referência, para assegurar o início das atividades assistenciais e o bom desempenho dos serviços odontológicos ofertados pela rede pública municipal.

A realização do procedimento licitatório é necessária em razão da necessidade de aquisição de equipamentos novos para a inauguração de dois novos consultórios odontológicos nas Estratégias de Saúde da Família do município.

A aquisição dos equipamentos permitirá garantir uma infraestrutura adequada e melhores condições de trabalho, visto que são amplamente utilizados no dia a dia das unidades de saúde. A ausência desses equipamentos impossibilitará a realização das atividades, ocasionando prejuízos ao bom funcionamento do Departamento de Saúde.

3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item	Descrição dos produtos	UN	Quant.
1	Autoclave 30l: Painel digital lcd com instruções. Pressostato digital, termostato para proteção, sensor de porta aberta, chave geral, desligamento automático ao final do ciclo, filtro para evitar entupimento. Com duas grades.	UN	3



2	Avental de chumbo odontológico: Avental adulto com protetor de tireoide. Tamanho 76x60cm e com 0,25mm de chumbo. Peso 1,900kg. Acabamento em polikroy, fechamento com velcro.	UN	2
3	Bomba a vácuo odontológica: com limpeza automática e pré lavagem do filtro, temporizador de varredura, bivolt com protetor termico intermitente. Motor: 1/2 hp eixo central em inox. Acionamento eletrônico, rotação por minuto 3450RPM / 60hz. Vácuo máximo 450mmHg	UN	3
4	Cadeira odontológica: Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar e refletor. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV, proporcionando maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Articulação entre assento e encosto deve ser central e única. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220 V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto, comandos pelo lado direito	UN	2



e esquerdo do joystick, pedal com altura máxima de 10 centímetros de altura possuindo um acesso mais ergonômico e facilitado. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático. Braços: pneumático, com regulagem vertical e afastamento lateral. Seringa tríplice: bico giratório, removível e autolavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampo de inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa tríplice fixado na unidade auxiliar. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção antiUV. Pintura lisa de alto brilho a base de 32póxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 suctores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas, válvula reguladora com ajuste externo fixada na base inferior de metal. Acionamento elétrico da água na cuba e porta-copo. Sensor de proximidade para acionamento da água da cuba. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Cuba da cuspideira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia



	com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base da cadeira. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção antiUV. Pintura lisa de alto brilho a base de 33póxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Refletor com 3 pontos com luz branca de LED e com 3 intensidades ajustáveis de iluminação (mínimo 10.000 Lux e máximo de 30.000 Lux). Tecnologia de iluminação com luz com menor consumo de energia e foco de luz retangular, aumentando o tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal e não gerando desconforto na região dos olhos do paciente. Cabeçote em material resistente, com alta giro total, leve, com alta durabilidade e ampla mobilidade em diversas posições. Protetor frontal: removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Puxadores bilaterais em forma de alça e autoclaváveis (removíveis) que possibilitam o isolamento evitando o risco de contaminação cruzada, as alças podem ser posicionadas em mais de 9 posições diferentes, travas por sistema magnético. Registro na ANVISA.		
5	Caneta de alta rotação: Push button. Conexão com sistema Borden. Resistente à autoclavagem. Cabeça torque. Spray triplo ventilado. Rolamentos com esferas cerâmicas. Rotor balanceado eletronicamente que reduz o ruído. Autoclavável até 135°C. Maior resistência mecânica. Informações Técnicas: Cabeça em liga metálica de cobre e zinco. Material do corpo em alumínio. Conexão: Borden (2 furos). Diâmetro da cabeça: 12,3 mm. Rotação: 290.000 a 420.000 rpm. Pressão de trabalho: 2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi +- 5%. Consumo de ar: 34 l/min. +- 10%. Consumo de água refrigeração: 50 mL/min. ± 10%. Nível sonoro: 65 Db. Peso Líquido: 34g. Peso Bruto: 104 gr. Brocas: Material em aço ou metal duro de Haste tipo 3 – FG Standard. Diâmetro do eixo da broca: Ø1,59~1,60mm. Comprimento da haste: Mínimo 9,0mm. Comprimento da broca: Máximo 22,0mm. Diâmetro máximo da ponta ativa – Ø2,0mm.	UN	15
6	Caneta baixa rotação tipo contra angulo: contra ângulo de baixa rotação, spray único externo, corpo fabricado em alumínio, Acoplamento Intra (universal) com giro de 360 graus. Rotação: até 20.000 rpm. Autoclavável. Nível de rotação: 5.000 a 20.000 rpm. Relação de transmissão: 1:1.	UN	15
7	Caneta baixa rotação tipo Micromotor: corpo em alumínio, acoplamento universal com giro de 360°, rotação até 200.000rpm, regulagem de velocidade e giro, autoclavável, conexão borden, Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi +- 5%. Consumo de ar: 52 l/min. +- 10%.	UN	15



8	Compressor de ar: capacidade de 2 consultórios sem bomba a vácuo e 3 com bomba a vácuo, reservatório de 45l. Pintura e tratamento interno e externo antioxidante, certificado pelo inmetro. Potência 2,0hp e dois cabeçotes, alto torque com grande rendimento. Isento de óleo, ruído baixo nível 58db(a). chave geral liga/desliga. válvula de segurança. dois manômetros. filtro de ar com drenagem automática. ventoinha de refrigeração nos motores. filtro de respiração. mangueira do motor metálica e flexível. válvula de alívio.	UN	3
9	Fotopolimerizador: temporizador para polimerização 5, 10 e 20 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5s e no final da operação. Profundidade de polimerização 6mm. Frequência: 50/60Hz. Tempo de uso total 120 minutos. Ponteira de fibra óptica orientada (sem fuga de luz). comprimento sem ponteira 16,5cm. peso 0,100kg. comprimento da onda 420 a 480nm. bateria 3,7V - 1400 mA. potência de luz: 1250mW/cm².	UN	4
10	Mini incubadora: para monitoramento de ciclos de esterilização em autoclaves incubação de 4 indicadores biológicos simultaneamente. Temperatura máxima de incubação: 60 °C. Capacidade: 4 indicadores biológicos. Potência: 10 Watts.	UN	4
11	Mocho: Estofamento em espuma injetada revestido com PVC expandido sem costura; Cinco rodízios duplos que proporcionam estabilidade; Ajuste de altura personalizado a cada modelo. sistema de elevação do assento a gás através da alavanca lateral, apoio para os pés ajustável, movimentos vertical, horizontal e inclinação do encosto. Os variados ajustes para apoio lombar torna-se adequada a postura do profissional e proporciona mais conforto. Além disso, o Mocho conta com uma base com cinco rodízios resistentes, proporcionando excelente estabilidade e fácil mobilidade. Seu estofamento é revestido sem costura com um material rígido e resistente, cantos arredondados e densidade adequada anti-deformante, trazendo conforto e também facilitando na limpeza e assepsia.	UN	4
12	Raio x portátil: Tecnologia Avançada: Equipado com tensão de 70kV, corrente de 3mA e ponto focal de 0,4mm, garante radiografias precisas com alta resolução. Bateria de Alta Eficiência: Com uma capacidade de 15.000mAh, o RX Digital Portátil oferece aproximadamente 1500 disparos com uma única carga, assegurando continuidade no atendimento sem interrupções. Tela de Toque Intuitiva: O display touch de 2,8 polegadas permite uma operação fácil e ágil, facilitando o manuseio do raio X digital portátil. Informações Técnicas: Potência máxima: 210W. Tensão da ampola: 70kV. Corrente da ampola: 3mA. Ponto focal: 0,4mm. Filtragem total: 1,6mmAl/70kV. Filtragem adicional: 0,8mmAl/70kV. Variação do tempo de exposição: 0,02 – 2s. Peso Líquido: 2,4 kg. Dimensões: 36,7×11,5×24,5cm. Bateria: Lítio de 15000mAh. Carregador: 100V-240V 50/60Hz 1,5ª.	UN	1
13	Seladora: com suporte. Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. Bivolt automático (110 V - 240 V). Sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. Potência: 80 W. Área de selagem (comprimento): 30 cm. Espessura de selagem: 12 mm. Compacta, dimensões (L x A x P): 44,2 x 12,5 x 30,5 cm. Medidas embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm. Peso bruto: 3,3 kg.	UN	4
14	Sensor radiográfico: Imagens de alta qualidade: Resolução teórica de 27 lp/mm e resolução real de 16 lp/mm para diagnósticos detalhados. Velocidade e eficiência: Obtenha imagens em menos de 5 segundos, otimizando o	UN	1



	fluxo de trabalho. Segurança: Redução drástica na exposição à radiação, utilizando apenas 0,2 segundos para radiografar um molar. Recursos avançados: Software com filtros especializados (Endodontia, Periodontia e Radiologia), ajustes de brilho, contraste, zoom, e montagem de relatórios automáticos. Compatibilidade: Funciona com qualquer aparelho de raio-X odontológico. Informações técnicas do Sensor Gnatus Timex 1H • Dimensões do sensor: 27,5 x 38,5 x 6 mm. • Área ativa: 22,5 x 30 mm (675 mm²). • Tecnologia: APS CMOS com resolução de 1,9 Mega Pixels (1600 x 1200). • Conexão: USB 2.0. • Garantia: 12 meses. • Registro ANVISA: 80520570010. • Frame rate: 30fps@720p. • Iluminação: 6 LEDs com luminosidade ≥500 Lux. • Cabo: 3 metros de comprimento. Configuração mínima do computador para o software Para um desempenho ideal, o Sensor Radiográfico Digital Gnatus exige: • Processador: Celeron N4120 ou superior. • Memória RAM: 8GB. • Resolução do monitor: 1024 x 768 ou superior. • Sistema Operacional: Windows 7 ou superior		
15	Ultrassom odontológico: Emblagem com 1 unidade bivolt (chaveamento manual). Acompanha 3 ponteiros (2 subgingivais e 1 supragengival. Aparelho conjugado, com reservatório de água acoplado no aparelho, corpo com dimensões reduzidas. peças metálicas com pintura lisa com tinta a base de epóxi. Peça de mão do ultrassom leve e anatômico. Características do aparelho: peça de mão de bicarbonato de sódio. Peça de ultrassom. Painel de controle. Chave de liga e desliga a seleção das funções. Chave de seletor de potencia do ultrassom. Faixa laranja indicadora de potencia recomendada para tips de endo. Faixa laranja+marrom indicadores do limite de potencia tips perio. Chave de bomba peristáltica (liga/desliga) e controle de vazão do líquido. Circuito eletrônico com estabilizador de frequência. Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave. Ponta ativa do instrumento com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm. Sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel e consta de um reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para uma profilaxia. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 134° C. Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro. Válvula dupla pneumática que atua com ar e água; abre e fecha a água das peças de mão evitando respingos durante as paradas de funcionamento. Pedal único de acionamento para ultrassom e jato de bicarbonato de sódio. Mangueiras lisas, leves e flexíveis, de fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador. Informações técnicas: Dimensões (A x C x L): 215 x 250 x 310 mm.Frequência: 24 a 30 KHz.Potência: 36W.Tensão de alimentação: 99 a 242 V.Material do corpo: ABS injetado.Tampa do reservatório de bicarbonato de sódio: Transparente.	UN	3
16	Câmara escura para revelação: caixa de polipropileno atóxica, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácido e substâncias alcalinas e detergentes. Base removível, alojamento para os recipientes. visor acrílico removível. Contendo 4 potes sendo 2 com tampas.iluminação a base de bateria.	UN	3
17	Alavanca seldin : Aço inox, autoclavável. Nº 1L esquerda.	UN	20
18	Alavanca Seldin: Aço inox, autoclavável. Nº 1R direita.	UN	20



19	Alavanca Seldin: Aço inox, autoclavável. Nº 2 Reta.	UN	20
20	Aplicador de hidróxido de cálcio: aplicador dycal, reto oitavado em aço inox, autoclavável.	UN	30
21	Broqueiro: broqueiro de plástico com 82 furos.	UN	10
22	Brunidor: número 29 oitavado, simples condensador.	UN	50
23	Brunidor z nº3: Embalagem com 1 unidade. autoclavável de aço inox.	UN	50
24	Cabo espelho bucal: De aço inox, autoclavável, cabo oitavado, tamanho 13cm.	UN	80
25	Cabo para bisturi: De aço inoxidável, autoclavável, compatível com as lâminas 11c, 12, 12b, 15 e 15c.	UN	20
26	Colgadura: grampo para revelação individual para radiografia periapical. Material aço inox.	UN	25
27	Cureta Periodontal de gracey: Aço inox, autoclavável, cabo oitavado maciço 5,5mm. Nº 1-2	UN	15
28	Cureta Periodontal de gracey: Aço inox, autoclavável, cabo oitavado maciço 5,5mm. Nº 3-4.	UN	15
29	Cureta Periodontal de gracey: Aço inox, autoclavável, cabo oitavado maciço 5,5mm. Nº 5-6.	UN	15
30	Cureta Periodontal de gracey: Aço inox, autoclavável, cabo oitavado maciço 5,5mm. Nº 7-8.	UN	15
31	Cureta Periodontal de gracey: Aço inox, autoclavável, cabo oitavado maciço 5,5mm. Nº 9-10.	UN	15
32	Cureta Periodontal Gracey: Aço inox, autoclavável, cabo oitavado maciço 5,5mm. Nº 11-12.	UN	15
33	Cureta Periodontal Gracey: Aço inox, autoclavável, cabo oitavado maciço 5,5mm. Nº 13-14.	UN	15
34	Cureta Periodontal Gracey: Aço inox, autoclavável, cabo oitavado maciço 5,5mm. Nº 15-16.	UN	15
35	Cureta Periodontal Gracey: Aço inox, autoclavável, cabo oitavado maciço 5,5mm Nº 17-18.	UN	15
36	Cureta de Lucas: oitavada, autoclavável. nº 86.	UN	20
37	Descolador molt simples: Instrumento cirúrgico não articulado, em aço, tamanho 18cm, nº9	UN	20
38	Escavador de dentina: duplo oitavo Comprimento 16cm. Nº 17.	UN	20
39	Escavador de dentina: duplo oitavo Comprimento 16cm. Nº 18.	UN	20



40	Esculpidor hollemback nº3	UN	10
41	Espátula de Resina titâneo silicato: Embalagem com 1 unidade, nº 1	UN	30
42	Espátula de Resina titâneo silicato: Embalagem com 1 unidade, nº 2	UN	30
43	Espátula de Resina titâneo silicato: Embalagem com 1 unidade, nº 3	UN	30
44	Espátula de Resina titâneo silicato: Embalagem com 1 unidade, nº 4	UN	20
45	Espátula de Resina titâneo silicato: Embalagem com 1 unidade, nº 5	UN	20
46	Espátula de Resina titâneo silicato: Embalagem com 1 unidade, nº 6	UN	20
47	Espátula de manipulação nº 24: autoclavável, embalagem com 1 unidade. Tamanho 16cm. Flexível.	UN	20
48	Espelho bucal nº5: autoclavável. material: aço inoxidável e espelho. tipo: plano. encaixe universal. embalagem individual.	UN	80
49	Espelho de mão com cabo. formato de dente, material: plástico e espelho.	UN	5
50	Estojo de aço inoxidável com tampa: medindo 20x10x5cm.	UN	15
51	Fórceps odontológico adulto: nº 1. Material aço inoxidável. tipo adulto. autoclavável.	UN	25
52	Fórceps odontológico adulto: nº 16. Material aço inoxidável. tipo adulto. autoclavável.	UN	20
53	Fórceps odontológico adulto: nº 17. Material aço inoxidável. tipo adulto. autoclavável.	UN	20
54	Fórceps odontológico adulto: nº 18L. Material aço inoxidável. tipo adulto. autoclavável.	UN	20
55	Fórceps odontológico adulto: nº 18R. Material aço inoxidável. tipo adulto. autoclavável.	UN	20
56	Fórceps odontológico adulto: nº 23. Material aço inoxidável. tipo adulto. autoclavável.	UN	20
57	Fórceps odontológico adulto: nº 69. Material aço inoxidável. tipo adulto. autoclavável.	UN	20
58	Fórceps odontológico adulto: nº 101. Material aço inoxidável. tipo adulto. autoclavável.	UN	25
59	Fórceps odontológico adulto: nº 150. Material aço inoxidável. tipo adulto. autoclavável.	UN	20
60	Fórceps odontológico adulto: nº 151. Material aço inoxidável. tipo adulto. autoclavável.	UN	20
61	Fórceps odontológico adulto: nº 203. Material aço inoxidável. tipo adulto. autoclavável.	UN	20
62	Fórceps odontológico infantil: nº 1. material aço inoxidável. Tipo infantil. Autoclavável.	UN	20



63	Fórceps odontológico infantil: nº 151. material aço inoxidável. Tipo infantil. Autoclavável.	UN	20
64	Pinça clínica: para algodão, nº 317, aço inoxidável, autoclavável, com pino guia.	UN	80
65	Pinça hemostática kelly: tipo ponta reta, comprimento 14cm. Material: Aço inoxidável. Autoclavável	UN	16
66	Pinça hemostática kelly: tipo ponta curva, comprimento 14cm. Material aço inoxidável. Autoclavável.	UN	16
67	Placa de vidro lisa. retangular. medindo 10cmx6mm.	UN	15
68	Ponta ultrassom: aço inoxidável, rosca de encaixe com padrão ISO com rosca externa. Autoclavável. Modelo ponta curva, para remoção de tártaro.	UN	20
69	Porta-agulha Mayo hegar: Ponta reta, com trava, comprimento 14cm. material: aço inoxidável. autoclavável.	UN	25
70	Porta matriz: tipo tofflemire, material aço inoxidável. autoclavável.	UN	12
71	Porta resina composta: suporte organizador material acrílico para cerca de 25 unidades.	UN	4
72	Pote Dappen de vidro	UN	10
73	Posicionador radiográfico autoclavável: Conjunto completo com 4 unidades. Tamanho: adulto.	UN	10
74	Prendedor de jacaré: tipo corrente com 40cm. material aço inoxidável.	UN	10
75	Seringa carpule: em aço inox, com refluxo, capacidade 1,80ml	UN	40
76	Sindesmótomo: Embalagem com 1 unidade. Nº 1. material: aço inoxidável. Autoclavável.	UN	20
77	Sonda exploradora nº 5	UN	60
78	Sonda exploradora nº 47	UN	20
79	Tesoura íris reta	UN	25
80	Tesoura íris curva	UN	20
81	Tentacânula: comprimento de 15cm.	UN	10
82	Adesivo nanoparticulas: Tampa flip-top. embalagem com 1 frasco de 6g. Validade de 36 meses. Igual ou superior a marca 3M.	UN	20

4 – PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Tocos do Moji - MG, na) seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	FICHA	FONTE
ATENDIMENTO INTEGRADO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF.	02 08 01 10301 0081 2804 339030	314	1.621



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	02 08 01 10301 0081 2803 339030	301	1.500
ATENDIMENTO INTEGRADO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF.	02 08 01 10301 0081 2804 339030	570	2.621

5 – PRAZO E CONDIÇÕES DE CONCLUSÃO/ENTREGA/EXECUÇÃO

5.1. O prazo de vigência da presente contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 5 (cinco), na forma do artigo 106 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2. A data pretendida para conclusão da contratação é de 30 dias.

5.3. Os bens deverão ser entregues na UBS Maria do Carmo Rosa, situado Av. Sebastião Bento Rosa, nº 71, de segunda a sexta-feira em dias úteis das 12 horas às 17 horas.

6 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

6.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7 – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

7.1. Alto.

8 – CONDIÇÕES GERAIS

8.1. O Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência oferecerão maiores detalhamentos das regras que serão aplicadas em relação ao objeto.

Tocos do Moji - MG, 19 de janeiro de 2026.

Assinatura dos responsáveis pelo DFD

Joselita Moraes Souza
Matrícula 2394